

DEUXIÈME PARTIE

CLINIQUE MÉDICALE




Fig. 1.

129. **Petit enregistreur pour clinique médicale, modèle de Ch. Verdin 250 »**

Cet appareil peut prendre des vitesses variables; le cylindre enregistreur peut faire un tour en un temps variant de trente à cinq secondes; pour obtenir ces changements de vitesses, il suffit de changer l'orientation des ailes du volant A.

Le cylindre en petite vitesse peut tourner pendant trois heures à une vitesse presque constante, sans qu'on ait besoin de remonter le mouvement d'horlogerie.

Cet appareil, grâce à sa construction solide et à cette durée de marche en petite vitesse, est employé couramment dans les laboratoires de physiologie, de physique, au point de vue des manipulations que doivent faire les élèves.