3- SAUVEGARDER MÉTHODE : FILE, METHOD, SAVE AS...ds stockage E/METHODES
ou bien chercher une méthode pré existante

4- CHARGER MÉTHODE : CONTROL, DOAWNLOAD METHOD

5- VÉRIFIER ÉTAT INSTRUMENT : CONTROL, INSTRUMENT STATUS

ATTENTION AUX BULLES D'AIR : PURGER SI NÉCESSAIRE ATTENDRE LA STABILISATION DE LA COLONNE (environ 15 minutes)

6- DEMARRAGE D'UNE ANALYSE.

Lorsque la pression de la pompe est stable RUN

RENSEIGNER :

METHOD
DATA PATH
DATA FILE
NUMBER OF RUNS

VIAL : place de l'échantillon dans le passeur
VOLUME : injecté

APPUYER SUR START

7- AFFICHAGE CHROMATOGRAMMES EN COURS

WINDOW
TILE VERTICALLY

8- ARRET DE HPLC.

RINCER LA COLONNE pendant 15 à 30 minutes

- charger une méthode de rinçage, avec les solvants adaptés à la colonne
- ou bien directement sur la pompe, en créant un fichier : MENU, ENTER, FILE, ENTER, EDIT
- Charger le fichier sur la pompe : MENU, FILES (Enter), LOAD (Enter), RINCAGE (Enter).
- Eteindre les appareils successivement.