

APPAREIL À DISSOLUTION À PALETTES TOURNANTES

FICHE N° 110

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Sotax A.G. base L.

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

Ville : Angers

Modèle : AT7

Matériaux : Bois, Verre, Métal

Description

L'appareil à dissolution à palettes tournantes AT7 de SOTAX est composé de sept réacteurs et d'un bain-marie, permettant de maintenir l'eau à 37°C. Chaque réacteur est muni d'une pale dont la vitesse de rotation est réglable.

Cet instrument sert à mesurer la vitesse de dissolution de comprimés ou capsules afin de répondre aux exigences de la pharmacopée.

Utilisation

Cet instrument est utilisé pour mesurer la cinétique de libération du 5-FU.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil à dissolution à palettes tournantes (Sotax A.G. base L.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=110>, consulté le 2026-09-01