

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

TESTEUR DE LA DURETÉ DES PASTILLES

FICHE N° 1198

Période de fabrication : -

Fabricant : Inconnu

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d'Angers - UFR Sciences pharmaceutiques et ingénierie de la santé

Ville : Angers

Modèle : 6D

Matériaux :

Description

Le testeur de la dureté des pastilles 6D est de forme parallélépipédique avec différents boutons de réglage sur sa face avant et une fente d'insertion des pastilles sur le dessus de l'appareil.


La mesure de dureté s'effectue au moyen d'une boîte électronique, dont les valeurs sont affichées numériquement en Newton de 1-400 (ou Kp, SC ou lb) par présélection de l'unité désirée au moyen du commutateur correspondant se trouvant à l'arrière de l'appareil.

Le calibrage électronique s'effectue de façon rapide et sûre par pesée d'un poids de référence étalonné de 5 Kg.

Utilisation

Cet appareil à commande électronique permet de procéder à une mesure précise de la dureté des comprimés ou autres produits pouvant être contrôlés par l'utilisation de poids étalonnés.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Testeur de la dureté des pastilles (Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1191>, consulté le 2026-07-21