

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## TRÉBUCHET

FICHE N° 6693

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : TESTUT

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :


Matériaux :


### Description

Le trébuchet Testut est composé d'un fléau à bras égaux dont le point d'appui est un prisme appelé couteau central et d'une aiguille mobile. Aux extrémités de ce fléau, deux autres couteaux supportent les étriers amovibles sur lesquels sont posés des coupelles amovibles en laiton. Le fléau est fixé sur un socle-tiroir dans lequel sont rangés les poids. Un dispositif manuel situé sur le socle-tiroir permet de soulever ou d'abaisser le couteau central. La balance a une portée maximale de 100 g.

### Utilisation

Cette balance est utilisée en travaux pratiques et dirigés pour peser de faibles quantités de produits pharmaceutiques.





**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Trébuchet (TESTUT),  
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12902>, consulté le 2026-07-26