

SECTIONNEUR

FICHE N° 6717

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1925-1949

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :


Matériaux :

Description


Ce sectionneur permettait d'éviter les arcs électriques durant les expériences. L'arrivée se faisait au milieu, au niveau de la manette. En basculant d'un côté, le moteur, par exemple, tournait dans un sens ; en basculant de l'autre côté, le moteur se mettait à tourner dans l'autre sens. Cette manette métallique est fixée sur une plaque de marbre. Elle est vissée sur deux plots centraux sur lesquelles elle peut pivoter et venir en contact avec deux autres plots d'un côté ou de l'autre. La plaque de marbre sert d'isolant.

Utilisation

Fixe ou mobile, il servait pour des manipulations en travaux pratiques et dirigés pour les étudiants de première année de médecine.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Sectionneur (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12926>, consulté le 2026-07-26