

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PH-MÈTRE

FICHE N° 6721

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle : UN8

Matériaux :

Description

Le pH-mètre Solea-Tacussel modèle UN8 est composé d'un montage potentiométrique permettant la mesure du pH soit en lecture directe sur le cadran pour des valeurs comprises entre 0 et 14, soit par mesure de la tension émise par la solution. Un bouton de marche/arrêt se trouve sur le devant de l'appareil ainsi que trois autres boutons, l'un sert pour la standardisation, un autre pour la température et un dernier pour le choix de la fonction.

Utilisation

L'appareil est utilisé en travaux pratiques et dirigés pour mesurer le pH de préparations pharmaceutiques.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, pH-mètre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12930>, consulté le 2026-07-26