

AMPÈREMÈTRE

FICHE N° 7143

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : École Supérieure du Professorat et de l'Éducation Clermont-Auvergne

Ville : Chamalières

Modèle : H411

Matériaux : Bakélite

Description

L'ampèremètre AOIP H411 se présente dans un boîtier en Bakélite. Le cadran en forme de demi-lune permet de lire les résultats. Dans la partie inférieure, se trouvent les bornes de branchement : 6 pour le calibrage (de 0.01 à 10A), et une pour le pôle + (rouge). Cet ampèremètre est conservé dans son étui en carton.

Utilisation

Cet appareil permet d'effectuer des mesures d'intensité électrique.

Il était utilisé par les futurs enseignants lors de leur cursus aux Écoles normales de filles et de garçons de Clermont-Ferrand, devenues IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) puis ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation).









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ampèremètre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13028>, consulté le 2026-07-26