

VOLTMÈTRE

FICHE N° 7147

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : École Supérieure du Professorat et de l'Éducation Clermont-Auvergne

Ville : Chamalières

Modèle :

Matériaux : Aluminium, Bakélite

Description


Le Voltmètre Service Standard se présente dans un cylindre en Bakélite fermé par des cercles d'aluminium. Le cadran recouvre toute la façade de l'appareil. Son aiguille permet de visualiser la mesure. En dessous de l'appareil, deux broches servent à raccorder l'appareil aux bornes d'un dipôle. Aucun autre dispositif de branchement n'est présent.

Utilisation

Cet appareil industriel permet de réaliser des mesures de tension aux bornes d'un dipôle. Il était utilisé par les futurs enseignants lors de leur cursus aux Écoles normales de filles et de garçons de Clermont-Ferrand, devenues IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) puis ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation).







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Voltmètre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13032>, consulté le 2026-07-26