

SONDE PHMÉTRIQUE

FICHE N° 7209

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie des solutions

Organisme : École Supérieure du Professorat et de l'Éducation Clermont-Auvergne

Ville : Chamalières

Modèle :

Matériaux : Plastique

Description

La sonde pHmétrique Tacussel est composée de deux électrodes dans une ampoule en verre arrondie à son extrémité. C'est cette partie qui est mise en contact avec la solution à étudier. Elle est protégée par une cloche transparente lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'autre extrémité est reliée à un fil électrique permettant de brancher la sonde sur un pHmètre. Elle possède encore son carton d'emballage.

Utilisation

Cet instrument sert de capteur pour les pHmètres. Il était utilisé par les futurs enseignants lors de leur cursus aux Écoles normales de filles et de garçons de Clermont-Ferrand, devenues IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) puis ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation).





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Sonde pHmétrique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13094>, consulté le 2026-07-26