

TÊTE DE NÉBULISATEUR DF ET COMPRESSEUR

FICHE N° 7550

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle : NL7

Matériaux :

Description

L'ensemble de la tête de nébulisateur DF et du compresseur Atomison NL7 est composé d'un appareil pneumatique, le compresseur ou moteur. Il se branche sur un système d'embout qui est la tête d'aérosol. L' air produit par le compresseur vient briser un jet liquide, contenant le médicament, pour former de petites particules.

C'est un générateur d'aérosols avec un tuyau et un masque souple multipositions qui peuvent être stérilisés dans l'eau en ébullition.

Utilisation

Il permet de soigner des patients asthmatiques ou connaissant des difficultés respiratoires. Les séances sont relativement courtes, de 5 à 10 minutes.

Il sert à traiter les voies profondes pulmonaires (alvéoles). Il était utilisé par le laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tête de nébulisateur DF et compresseur (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13256>, consulté le 2026-07-26