

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

APPAREIL DE DESAGA À FLUX CONTINU

FICHE N° 7624

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

L'appareil de Desaga à flux continu est composé de deux parties fragiles en verre et verre fritté servant de filtre pour réguler le flux et bloquer les particules en suspension non dissoutes. Des ressorts sont présents sur le côté.

Utilisation

L'instrument permet d'étudier la dissolution de principes actifs. Il a été utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de Desaga à flux continu (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13267>, consulté le 2026-07-26