

TÊTE D'AÉROSOL

FICHE N° 8007

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle : NL9

Matériaux :

Description


La tête d'aérosol Atomisor NL9 se branche sur un compresseur additionnel. L' air produit vient briser un jet liquide, contenant le médicament, pour former de petites particules. Le liquide monte par capillarité dans le tube qui est serré au cylindre.

Utilisation

Ce système permet de soigner des patients asthmatiques ou connaissant des difficultés respiratoires. Les séances sont relativement courtes, de 5 à 10 minutes.

Il sert à traiter les voies profondes pulmonaires (alvéoles). Il était utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tête d'aérosol (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13308>, consulté le 2026-07-26