

AUTOCLAVE HIRAYAMA HA-240MII

FICHE N° 8290

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : HA-240MII

Matériaux :

Description

L'autoclave Hirayama HA-240MII est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique grâce à un couvercle qui se visse. Le réservoir d'eau est apparent sur la façade avant. L'interrupteur de marche/arrêt est situé sur le côté. Un cadran à aiguille indique la pression et une molette permet de régler l'échappement. Des écrans à affichage numérique indiquent la température et le temps en minute.

Utilisation


Les autoclaves permettent la stérilisation. Les agents stérilisant sont la vapeur d'eau saturée sous-pression ou l'eau surchauffée. La chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes. Celui-ci est utilisé pour des petits volumes.





HIRAYAMA

CHANGING WATER IN DRAIN BOTTLE



CAUTION

BOTTLE BUSH MUST BE INSERTED INTO
DRAIN BOTTLE TIGHTLY.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Autoclave Hirayama HA-240MII (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13348>, consulté le 2026-07-26