

CUVE DE COLORATION EN PLASTIQUE

FICHE N° 8523

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :


Description



La cuve de coloration en plastique est munie de deux couvercles également en plastique, l'un d'eux possédant une ouverture pour laisser passer le manche du portoir. Ce système permet de placer la cuve dans un bain thermostaté.


Utilisation

Les lames contenant des échantillons sont déposées sur un portoir et plongées dans la cuve qui contient le colorant.

Ces cuves sont utilisées post-hybridation pour la technique FISH (Fluorescent In Situ Hybridization) ou de simple coloration de Gram (mise en évidence des propriétés de la paroi des bactéries).







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Cuve de coloration en plastique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13453>, consulté le 2026-07-26