

MICRODOTIMAGER DE LA GAMMA CAMERA PHO

FICHE N° 1438

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : SEARLE- Nuclear Chicago (->Siemens)

Domaines : Santé

Sous-domaines : Cancérologie, Imagerie médicale, Médecine nucléaire

Organisme : Université de Nantes - Institut universitaire de technologie (IUT)

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :


Description


Le négatoscope vertical est un des éléments du système de la Camera Gamma Pho. Il est constitué d'un cadre de verre opalin et d'un éclairage. La plaque éclairée permet l'examen par transparence des supports radiographiques.

Utilisation

La visualisation des résultats acquis par la tête de détection de la Gamma Camera se présente sous forme de photographies instantanées ou par impression sur transparents radiographiques édités par le Microdotimager et lus sur la plaque lumineuse du négatoscope.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Microdotimager de la Gamma Camera PHO (SEARLE- Nuclear Chicago (->Siemens)),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1365>, consulté le 2026-07-21