

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SERINGUE EN VERRE

FICHE N° 8917

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : 2192

Matériaux :

Description

La seringue possède un corps et un piston entièrement en verre. Un embout métallique est disposé à l'extrémité.

Utilisation

Au laboratoire de Recherches Fromagères, ces seringues ne sont plus utilisées au profit des seringues en plastique à usage unique. Elles servaient pour la distribution d'une solution dans plusieurs tubes, ce qui était plus rapide qu'en utilisant une pipette.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Seringue en verre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13719>, consulté le 2026-07-26