

MANOMÈTRE

FICHE N° 8954

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

Le manomètre est gradué de 0 à 10 bars. Il est fixé sur une structure métallique munie d'une molette à l'avant et d'une vis à l'arrière.

Utilisation

Le manomètre est un instrument de mesure de la pression. Celui-ci était utilisé avec les bouteilles d'air comprimé ou différents gaz (azote, gaz carbonique...) utilisés en respirométrie (étude de la respiration des micro-organismes). Il n'est plus utilisé actuellement au laboratoire de Recherches Fromagères.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Manomètre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13753>, consulté le 2026-07-26