

RÉGULATEURS D'HUMIDITÉ

FICHE N° 8987

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : 2208e

Matériaux :


Description



Les deux régulateurs d'humidité sont insérés dans une armoire métallique. Il s'agit de deux boîtiers à affichage numérique, les boutons de commande se trouvent en dessous de l'écran. Un voyant lumineux vert surplombe chaque boîtier. Au niveau inférieur de l'armoire se situent deux sondes et un câble d'alimentation.

Utilisation

Ces appareils permettaient la régulation de l'humidité et le contrôle de l'humidité dans les caves d'affinages du laboratoire de Recherches Fromagères lorsqu'il se trouvait 36 route de Salers.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Régulateurs d'humidité (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13775>, consulté le 2026-07-26

