

ETUVE PROLABO

FICHE N° 10940

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : PROLABO

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

C'est une enceinte thermostatée à parois métalliques. Le réglage de la température se fait à l'aide d'une molette, le plus souvent la température est de 60°C.

Une poignée permet d'ouvrir la porte et d'accéder à l'intérieur.

Une porte vitrée permet d'observer l'intérieur sans perturber l'environnement de l'enceinte.

Utilisation

Une foisensemencées, les boîtes de Pétri sont disposées à l'intérieur des étuves, c'est l'étape d'incubation. Elle va se dérouler à une certaine température et pendant un certain temps selon les milieux et le type de micro-organismes cultivés.

Elles sont aussi utilisées pour déterminer le poids sec des végétaux après évaporation complète de l'eau.

Ces étuves sont utilisées par les étudiants de l'IUT d'Aurillac lors des travaux pratiques de microbiologie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Etuve Prolabo (PROLABO),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14421>, consulté le 2026-07-27