

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SYSTÈME D'ANALYSE DE GELS D'ÉLECTROPHORÈSE

FICHE N° 11053

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Vilbert Lourmat

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

Le système se compose d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle le gel d'électrophorèse est déposé. Une lampe à ultra-violet permet l'éclairage. Une lumière blanche est obtenue grâce à un filtre. Un système de capture d'images se trouve sur le dessus et permet l'analyse des gels d'électrophorèse directement sur l'ordinateur.


Utilisation

Ce dispositif permet l'analyse, assistée par ordinateur, des gels d'électrophorèse d'ADN et de protéines.

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique d'Aurillac lors de travaux pratiques en biologie moléculaire ainsi que par les enseignants-chercheurs de l'IUT.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Système d'analyse de gels d'électrophorèse (Vilbert Lourmat), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14458>, consulté le 2026-07-27