

ÉPROUVETTES EN PLASTIQUE

FICHE N° 11279

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :


Description

Ce sont des récipients cylindriques en plastique à fond plat et dont le sommet est muni d'un bec verseur.

L'éprouvette de 1000 ml est graduée de 10 en 10 ml et celle de 2000 ml de 20 en 20 ml.

Utilisation

Les éprouvettes font partie du matériel courant de laboratoire et permettent de mesurer et transférer des solutions aqueuses.



Azlon

2000:20ml

In 20 °C ± 20 ml

pp max. 121°C

EU

2000

Azlon

1000:10ml

In 20 °C ± 10 ml

pp max. 121°C

EU

1000

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Eprouvettes en plastique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14684>, consulté le 2026-07-27