

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

DENSITOMÈTRE HOEFER SCIENTIFIC GS 300

FICHE N° 11307

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : GS 300

Matériaux :

Description

L'appareil est en métal de forme rectangulaire. Sur le dessus se trouve une surface plane graduée au centre de 0 à 45. Une plaque noire en verre est amovible latéralement. Un curseur se déplace sur un axe métallique.

A l'avant, se trouvent deux interrupteurs "Power" et "Drive Power". Un interrupteur permet de choisir "transmittance" ou "reflectance" ainsi que deux bornes de branchement rouge et noire.



Le densitomètre est relié à un petit boîtier de récupération des données.


Utilisation

Cet appareil permet l'analyse des gels d'électrophorèse.

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique d'Aurillac lors des travaux pratiques de biochimie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Densitomètre Hoefer Scientific GS 300 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14712>, consulté le 2026-07-27