

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

DILUTEUR VAPOUR SYSTEM UNICAM VP90

FICHE N° 11323

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : VP90


Matériaux :

Description

L'appareil comporte une pompe péristaltique et deux capillaires portant un bouchon se positionnant sur des flacons. Cet ensemble est protégé par un capot transparent. Sur la gauche, plusieurs voyants lumineux indiquent le statut de l'appareil. Il y a des boutons poussoirs, un interrupteur pour la pompe et un interrupteur lumineux de mise sous tension de l'appareil.

Utilisation

Cet appareil n'est plus utilisé actuellement à l'IUT Génie Biologique d'Aurillac.





Status

- ☐ Standby
- ☐ Auto zero
- ☐ Stabilize delay
- ☐ Measure
- ☐ Baseline delay
- ☐ Remote

Start (Sample) Stop (Blank) Manual Auto

Delay x10 secs

Stabilize
0


9
Baseline

Pump
On
Off

Power
On
Off

platon





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Diluteur Vapour System Unicam VP90 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14728>, consulté le 2026-07-27