

PASSEUR AUTOMATIQUE ET DILUTEUR GILSON 222

FICHE N° 11325

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Biologie
Sous-domaines :
Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac
Ville : Aurillac
Modèle : 222
Matériaux :

Description

Le passeur automatique comporte un châssis qui effectue des mouvements de droite à gauche et de l'avant vers l'arrière au-dessus des portoirs permettant de positionner les tubes contenant les échantillons à collecter. Il est relié à un diluteur qui permet de réaliser des dilutions automatiquement et à un autre petit boîtier par des capillaires.


Utilisation

Cet appareil n'est plus utilisé actuellement à l'IUT Génie Biologique d'Aurillac.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Passeur automatique et diluteur Gilson 222 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14730>, consulté le 2026-07-27