

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

APPAREIL DE MESURE DE L'HYGROMÉTRIE HYGRO M1

FICHE N° 11331

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : Hygro M1


Matériaux :


Description

Il s'agit d'un boîtier rectangulaire en métal muni de quatre pieds. A l'avant, il y a un écran d'affichage numérique et une diode. Sur la droite, trois interrupteur permettent de mettre l'appareil sous tension, de choisir le mode manuel ou automatique et de régler le capteur. Au dos, une prise sert à l'alimentation (le câble est manquant), et une autre au branchement d'une sonde (manquante également). Il y a aussi un port série permettant le raccordement de l'appareil à un ordinateur.

Utilisation

Cet appareil permet de mesurer l'hygrométrie à l'aide d'une sonde. Il n'est plus utilisé actuellement à l'IUT d'Aurillac.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de mesure de l'hygrométrie Hygro M1 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14736>, consulté le 2026-07-27