

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

LUMINOMÈTRE BEHRING ANALYZER 400

FICHE N° 11337

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : Analyzer 400

Matériaux :

Description

L'appareil est muni d'une porte sur le dessus permettant d'accéder à la chambre de mesure où 400 cuves peuvent être positionnées. Il y a également un compartiment dédié au réactif avec un système d'injection automatique et un détecteur de photons.

A droite on peut voir un compartiment à couvercle à l'intérieur duquel se trouve un flacon.

Un écran LCD et un clavier permettent la commande de l'appareil.

Utilisation

Ce dispositif permet de mesurer la chimio-luminescence, c'est-à-dire la lumière émise lors d'une réaction chimique à faible température.

Cet appareil n'est plus utilisé à l'IUT Génie Biologique d'Aurillac.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Luminomètre Behring Analyzer 400 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14742>, consulté le 2026-07-27