

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MICROAMPÈREMÈTRE CDC CP 4

FICHE N° 63

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : CDC

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique, Electricité

Organisme : Université de Rennes, Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle : CP 4

Matériaux : Bakélite, Plastique, Métal

Description

Le micro-ampèremètre analogique portable a été fabriqué par le Comptoir des Compteurs (modèle CDC CP4). Il est rectangulaire en bakélite noire. Cet appareil a sur sa face avant un cadran semi-circulaire à aiguille avec miroir, deux bornes d'entrée (dont une marquée + et l'autre I) et un bouton de choix des calibres. Sur la face arrière se trouve plusieurs inscriptions dont un schéma de branchement et un tableau. Il permet de faire des mesures de courant en régime continu sur six calibres de 75 μ A à 15 mA.

Utilisation

Cet appareil était utilisé en travaux pratiques par les étudiants de physique et d'électronique mais aussi par les chercheurs dans les laboratoires de la faculté des sciences de Rennes.









Pour nous citer :
 Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Microampèremètre CdC CP 4 (CDC),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15131>, consulté le 2026-07-27