

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

FICHE TECHNIQUE D'UN GALVANOMÈTRE AOIP GAE 225

FICHE N° 130

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Association des Ouvriers en Instruments de Précision

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique, Electricité

Organisme : Université de Rennes 1- Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle : GAE 225

Matériaux : Papier

Description

La fiche technique du galvanomètre AOIP GAE 225 est tirée d'un catalogue commercial AOIP. Elle est écrite en français et comprend une feuille recto (une page imprimée).

Utilisation

Cette documentation était utilisée avec l'instrument en travaux pratiques d'électronique et d'électricité. Elle permettait d'assurer le fonctionnement normal et la maintenance de l'appareil.

GALVANOMETRE AOIP GAE 225



**GALVANOMETRES A ENCASTRER
A INDEX LUMINEUX**
GAE 221 - GAE 223
GAE 225

Echelle 200 mm. 200 divisions.

Millivolts	Micro-ampères	Référ.
0,6 - 2 - 6 - 20 - 60 - 200 Cons. : 10 μ A (100 Ω /mV)	10 - 20 - 40 - 100 - 200	GAE 221
2 - 6 - 20 - 60 - 200 Cons. : 4 μ A (250 Ω /mV)	4 - 10 - 20 - 40 - 100 - 200	GAE 223
6 - 20 - 60 - 200 Cons. : 1 μ A (1 000 Ω /mV)	1 - 2 - 4 - 10 - 20 - 40 - 100	GAE 225

Sur demande : réalisation avec un seul calibre.
Norme NF-C 42-103.
Façade 135 $\times$ 280 mm. Saillie 40 mm.
Profondeur sous platine 260 mm. Ajourage 105 $\times$ 230 mm.
Fixation par 4 vis $\varnothing$ 5 mm. Ecartement 95 $\times$ 250 mm.
Masse : 4,7 kg.
Bouton « marche arrêt » pour l'éclairage. Prises arrières.

GAE 221

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Fiche technique d'un galvanomètre AOIP GAE 225 (Association des Ouvriers en Instruments de Précision), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15198>, consulté le 2026-07-27