

ANALYSEUR D'ERREURS DE DONNÉES HP 1645A

FICHE N° 3947

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Hewlett-Packard

Domaines : Informatique et Communication, Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Université de Rennes

Ville : Rennes

Modèle : HP 1645A

Matériaux : Métal

Description


Cet analyseur d'erreur de données (Data Error Analyser) HP 1645A a été commercialisé par Hewlett-Packard en 1976. Il se présente sous la forme d'un tiroir ("rack") métallique avec une façade gris clair et deux poignées verticales sur les côtés. Les commandes et réglages se situent dans la partie gauche, l'affichage s'effectue grâce à des diodes LED et on peut faire six mesures simultanées grâce aux prises BNC situées dans la partie inférieure.

Utilisation

Cet appareil d'analyse de données était utilisé à partir de 1978 en travaux pratiques d'électronique par les étudiants de licence et de maîtrise d'électronique et d'automatique de la faculté des sciences de Rennes. Les entrées de données requièrent des niveaux de tension de type TTL (maximum de 5,5 volts).











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Analyseur d'erreurs de données HP 1645A (Hewlett-Packard), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15965>, consulté le 2026-07-28