

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SIMULATEUR DE PH

FICHE N° 4119

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Electrochimie

Organisme : Université de Rennes

Ville : Rennes

Modèle : SIM PH 0/14

Matériaux : Métal, Plastique


Description

Le simulateur de pH 0/14 Tacussel se présente sous la forme d'un petit boîtier métallique. Sa face avant présente notamment un curseur pouvant tourner autour d'une échelle. Cette échelle représente les valeurs de pH entre 0 et 14. Lorsque des anomalies ou irrégularités se produisent sur un pH-mètre, il est difficile d'identifier l'origine du problème : électrode, pH-mètre, régulateur... Le simulateur permet d'examiner l'état de l'instrumentation. Le simulateur simule des valeurs définies de pH et se connecte directement sur l'instrument à l'aide d'un câble.

Utilisation

Cet objet était utilisé uniquement par les agents de la firme Tacussel.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Simulateur de pH (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=16137>, consulté le 2026-07-28