

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PH-MÈTRE À LAMPES

FICHE N° 1763

Période de fabrication : 1925-1949

Fabricant : HEITO

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Nantes - UFR Sciences et techniques

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :


Description


L'élément principal du pH-mètre à lampes HEITO est une électrode double qui permet d'effectuer des mesures de pH (potentiel hydrogène) pour déterminer l'acidité ou la basicité d'un produit. L'appareil fonctionnait à lampes (car non transistorisé à l'époque).

Utilisation

Il était utilisé par les étudiants pour des travaux pratiques de chimie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, PH-mètre à lampes (HEITO),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1688>, consulté le 2026-07-22