

SPECTROMÈTRE DE MASSE AUTOMAT

FICHE N° 1857

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : UNICAV

Domaines : Matériaux, Chimie

Sous-domaines : Chimie organique

Organisme : Université d'Angers - UFR Sciences

Ville : Angers

Modèle : Automass


Matériaux :


Description

Le spectromètre de masse Automass d'UNICAV est constitué d'un chromatographe en phase gazeuse (introduction), des sources: EI pour les solides, CI pour les solutions et d'un analyseur (quadrupôle à 4 aimants).

Utilisation

L'appareil appartient à la 1ère génération (il n'a pas de système d'exploitation associé, l'enregistrement des données s'effectue sur papier thermo). Il est utilisé pour des démonstrations pédagogiques aux étudiants.





Automass

610 Series
gas chromatograph

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spectromètre de masse automat (UNICAV),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1778>, consulté le 2026-07-22