

BISTOURI ÉLECTRIQUE

FICHE N° 1973

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Bovie

Domaines : Santé

Sous-domaines : Transplantation, Chirurgie

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Ville : Nantes

Modèle : 400 SR

Matériaux :

Description

Le bistouri électrique 400 SR de BOVIE fonctionne par thermocoagulation, sur les modes monopolaire ou bipolaire.

Utilisation

Ce type de bistouri est un bistouri de l'ancienne génération. Il est utilisé pour la section et la coagulation des tissus lors des xéno-greffes effectuées sur des grands animaux (ex: porc).

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bistouri électrique (Bovie),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1894>, consulté le 2026-07-22