

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BALANCE DE PRÉCISION

FICHE N° 4007

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie, Physique

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : 2070 A4

Matériaux : Plomb, Métal, Acier, Verre, Plastique

Description

Cette balance de précision METTLER K7T est un bloc rectangulaire d'acier gris surmonté d'un plateau circulaire pour la pesée. A l'avant, un écran de contrôle avec sa graduation et en bas de cette face, un bouton switch vertical pour la marche et l'arrêt et un bouton de réglage. Sur le côté gauche de l'appareil, un bouton rotatif et un niveau à bulle. A l'arrière, un bouton de réglage rotatif et le câble d'alimentation. En-dessous, 3 pieds de support circulaires. Sous le capôt/ dans le couvercle, une ampoule de rechange dans sa pince de maintien. Sur la face droite, un bouton de réglage rotatif.

Utilisation

Cet instrument était utilisé dans les anciens laboratoires de recherche du COBRA, à savoir l'INSA de Mont-Saint-Aignan. Il servait à peser avec précision les matières nécessaires à l'élaboration de solutions. Ce type d'appareil est toujours utilisé dans les laboratoires de recherche du COBRA, exemple avec la balance de précision répertoriée sous COBRA-018.


















Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Balance de précision (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20397>, consulté le 2026-07-30