

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

VARIATEUR (SGE)

FICHE N° 4019

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle :

Matériaux : Plastique, Métal, Verre, Acier

Description


Ce Système de bascule de colonne SGE est un bloc rectangulaire métallique bleu. A l'avant, façade plastique noire avec dessus de gauche à droite et de haut en bas: 8 boutons poussoirs blancs, 1 bouton de réglage rotatif noir, 1 bouton poussoir blanc, un bouton d'alimentation à switch vertical / 2 baromètres, 1 autre bouton rotatif noir, 2 boutons de réglage, une tige de verre verticale dans son renforcement et un bouton rotatif noir.

Utilisation

Cet instrument était utilisé dans les laboratoires de recherche du COBRA. Il permet de passer d'une colonne à une autre lors d'une manipulation de chimie, lors de la préparation d'une solution ou de l'analyse d'un échantillon, ou peut permettre de contrôler le dosage du contenu d'une colonne ; c'est pour cela qu'il doit être relié à une colonne en fonction (sur une chaîne HPLC par exemple).









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Variateur (SGE) (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20409>, consulté le 2026-07-30