

SPECTROMÈTRE DE MASSE

FICHE N° 4026

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : 5975

Matériaux : Verre, Plastique, Métal, Acier, Chrome


Description


Ce spectromètre de masse de marque Agilent Technologies est à associer au chromatographe à gaz (répertorié sous le numéro COBRA-060) , et à une pompe à vide (en panne donc non présente). La description est faite comme si le capot était en place. Cet appareil est semblable à une tour PC mais plus longue et plus large. A l'avant, l'écran et le panneau de contrôle. A l'arrière, les câbles de branchement et un gros tuyau de transport pour évacuer les déchets des solutions.

Utilisation

Cet instrument est utilisé dans les laboratoires de recherche du laboratoire de Chimie Organique et Analytique (COBRA). Il permet l'identification par le poids moléculaires des molécules contenues dans une solution.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spectromètre de masse (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20416>, consulté le 2026-07-30