

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## MILLIAMPÈREMÈTRE

FICHE N° 4118

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : AOIP

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : IUT de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle :

Matériaux : Bakélite, Métal, Plastique

### Description

Ce milliampèremètre

AOIP se présente sous la forme d'un boîtier rectangulaire en Bakélite de couleur noire. La partie supérieure est occupée par un cadran en demi-lune permettant de lire les résultats. Dans la partie inférieure, se trouvent les bornes de branchement : 6 pour le calibrage (gradués de 0.1 à 30 mA), et une pour le pôle + (0.1V). Ce milliampèremètre

est conservé dans sa boîte en carton d'origine.

### Utilisation

Cet

instrument était utilisé à l'IUT de Rouen, notamment dans le département de chimie, comme nous l'indique l'étiquette « E4 ». Il permet de mesurer l'intensité d'un courant électrique. L'Institut Universitaire de Technologie créé en 1966, est le premier IUT en France.







**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Milliampèremetre (AOIP), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20508>, consulté le 2026-07-30