

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CONTRÔLEUR DE PRESSION

FICHE N° 4180

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Magnétisme

Organisme : Université de Rouen

Ville : Saint-Etienne-du-Rouvray

Modèle :

Matériaux :

Description

L'appareil se présente sous forme d'un boîtier rectangulaire dispose de deux poignées de préhension, il est équipé d'un interrupteur (marche / arrêt), de trois témoins lumineux, de 6 bornes de branchements, et d'un commutateur permettant la sélection de jauge (I, II, III). Les mesures se lisent sur un cadran à aiguille gradué (3 unités) en Torr.

Utilisation

Cet appareil est intégré à une armoire de contrôle reliée à un électro-aimant, dans un dispositif de balance de Faraday. Il était utilisé dans le cadre de travaux sur les propriétés magnétiques des matériaux au sein de Groupe de Physique des Matériaux de l'université de Rouen.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Contrôleur de pression (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20570>, consulté le 2026-07-30