

LOT DE BOBINES ÉTALONNÉES

FICHE N° 2474

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Férisol ; Ferisol

Domaines : Matériaux, Physique

Sous-domaines : Cristallographie

Organisme : Université de Lorraine

Ville : Vandoeuvre-lès-Nancy

Modèle :

Matériaux :

Description

Ce lot de quatorze bobines étalonnées était très probablement destiné à étalonner le Qmètre du laboratoire, qui s'utilisait dans une gamme de fréquences comprise entre 50 kHz et 70 MHz. Chacune de ces bobines numérotées a des valeurs L (inductance), Q (qualité) et F différentes.

Utilisation

Ces bobines ont été utilisées à la Faculté des Sciences de Nancy, au laboratoire de minéralogie/cristallographie.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lot de bobines étalonnées (Férisol ; Ferisol), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=21540>, consulté le 2026-07-30