

NOTE SUR LE SPÉCULUM LARYNGIEN DE LABORDETTE

FICHE N° 122

Période de fabrication : 1850-1874
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Santé
Sous-domaines : Médecine
Organisme : Cnam Champagne-Ardenne
Ville : Reims
Modèle :
Matériaux : Papier

Description

La Note sur le spéculum laryngien du Dr De Labordette, publiée en 1866, est un petit ouvrage 24 pages qui présente le spéculum de Labordette. Elle comporte une description détaillée de cet instrument, un mode d'emploi et quelques exemples d'utilisation.

Utilisation

Le Dr A. Ségal, passionné par l'histoire de la médecine, a utilisé cet ouvrage comme source d'informations sur le spéculum de Labordette.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Notice sur
le Speculum Laryngien

LABORDETTE

1866

NOTE

SUR LE

SPÉCULUM LARYNGIEN

PRÉSENTÉE A L'ACADÉMIE DES SCIENCES

PAR

LE D^r DE LABORDETTE

Chirurgien de l'hôpital de Lisieux,
Chevalier de la Légion d'Honneur.



PARIS

ADRIEN DELAHAYE, LIBRAIRE-EDITEUR

PLACE DE L'ÉCOLE - DE - MÉDECINE.

—
1866

DU

SPÉCULUM LARYNGIEN

ET DE SON EMPLOI


La fréquence et la gravité des maladies du larynx chez les enfants et l'impossibilité de visiter chez eux cet organe, comme on peut le faire chez les adultes à l'aide du miroir laryngoscopique, m'ont fait souvent désirer un instrument qui remplit cette lacune.

Deux difficultés se présentent : ouvrir la bouche, la maintenir ouverte, puis voir le larynx et constater les lésions de cet organe.

Le spéculum laryngien que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Académie des sciences me paraît répondre à ces indications diverses.


C'est un spéculum bivalve, s'ouvrant transversalement comme celui de M. Cusco, mais prenant son point d'appui en haut de la valve fixe ou supérieure, d'où un mouvement excentrique et de bascule sur lequel nous allons revenir.

Spéculum fermé.



- A. Miroir.
- B. Valve inférieure ou antérieure.
- C. Valve supérieure ou postérieure.
- D. Charnière d'articulation.
- E. Manche de la valve inférieure.
- F. Manche de la valve postérieure.
- G. Ressort fermant l'instrument.

Spéculum ouvert.



- A. Miroir où se réfléchit le larynx.
- B. Valve inférieure maintenant la langue abaissée.
- C. Valve fixe suivant la courbure du pharynx.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Note sur le spéculum laryngien de Labordette (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22469>, consulté le 2026-07-30