

AUTOANALYSEUR FLUX CONTINU

FICHE N° 3485

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Technicon ; Technicon

Domaines : Agronomie, Biologie

Sous-domaines : Viticulture, Biologie végétale

Organisme : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Ville : Villenave d'Ornon

Modèle :

Matériaux : Métal, Composants électriques, Composants électroniques


Description

Le trAAcs 800 de Technicon est un appareil d'analyse des liquide par colorimétrie. Le système est composé du spectrophotomètre en soi, ainsi que d'un passeur d'échantillons automatisé (auto sampler). Les échantillons sont prélevés et injectés dans le spectrophotomètre en continu, chacun d'eux étant séparé par une bulle d'air. Le dosage s'effectue par des réactions colorimétriques utilisant des réactifs spécifiques (absorbance) qui sont comparées à des courbes de calibration.

Utilisation

Le trAAcs 800 est utilisé à l'ISVV dans le cadre de l'analyse d'échantillons, dans l'étude et la recherche viti-vinicole










INRA Bordeaux - UMR EGFV - Plateau analytique
Analyses colorimétriques au Traace 800

Name of run : 2019MS-2WD-03.R0N
Comment : R1-36 FI-36 - 4ech

Name of analysis : MaITar2015.ANL



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Autoanalyseur flux continu (Technicon ; Technicon),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23107>, consulté le 2026-07-29