

AUTOCLAVE

FICHE N° 3495

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Systec ; Systec ; Systec

Domaines : Agronomie, Biologie

Sous-domaines : Viticulture, Oenologie, Biologie végétale

Organisme : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Ville : Villenave d'Ornon

Modèle :

Matériaux : Composants électriques, Métal, Composants électroniques

Description


L'autoclave Systec VX-120 permet la stérilisation du matériel. Les objets à stériliser sont placés dans un panier métallique, lui-même introduit dans la cuve par le couvercle supérieur. Ce couvercle est ensuite refermé hermétiquement, et la pression et la température augmentent ensuite dans l'autoclave, jusqu'à stérilisation du matériel.

La contenance de la cuve est de 120 litres. La température peut être augmentée jusqu'à 150°C, et la pression jusqu'à 4 bars.

Utilisation

Cet autoclave est utilisé pour stériliser la verrerie au sein de l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Autoclave (Systec ; Systec ; Systec),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23117>, consulté le 2026-07-29