

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AGITATEUR ROTATIF

FICHE N° 3504

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Stuart ; STUART

Domaines : Agronomie, Biologie

Sous-domaines : Viticulture, Amélioration des plantes, Biologie végétale

Organisme : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Ville : Villenave d'Ornon

Modèle :

Matériaux :


Description

Cet rotateur est un agitateur d'échantillon. Les échantillons sont placés dans une roue entraînée par un moteur électrique. Ce dernier est réglé par une molette, située à la base de l'appareil. Sur celle-ci se trouve également un écran affichant la vitesse de rotation, ainsi qu'une minuterie réglable via deux boutons. Cela permet une agitation douce des échantillons.

Utilisation

Cet agitateur rotatif est utilisé dans la préparation des échantillons, à l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Agitateur rotatif (Stuart ; STUART), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23126>, consulté le 2026-07-29