

COULOMÈTRE

FICHE N° 3576

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Metrohm ; METROHM

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie des solutions, Chimie analytique

Organisme : Centre de Recherche Paul Pascal

Ville : Pessac

Modèle : 899


Matériaux : Verre, Métal, Composants électroniques

Description

Le coulomètre 899 de Metrohm permet un titrage des solution par mesure de la conductivité. Il présente une base munie de boutons de réglage et d'un écran digital affichant le résultat du titrage. Sur cette base se place l'échantillon à titrer, dans lequel on place la sonde, reliée à la base. L'appareil mesure ensuite automatiquement la conductivité, et en fonction d'un étalonnage permet de déterminer la concentration en solvant d'une solution.


Utilisation

Ce coulomètre est utilisé pour le titrage de solutions, au Centre de Recherche Paul Pascal.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Coulomètre (Metrohm ; METROHM),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23198>, consulté le 2026-07-29