

AGITATEUR INCUBATEUR

FICHE N° 3614

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP) ; Infors HT

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biochimie

Organisme : Centre de Recherche Paul Pascal

Ville : Pessac

Modèle : Ecotron

Matériaux : Verre, Composants électriques, Métal

Description

L'agitateur incubateur réfrigéré Ecotron dispose d'une amplitude de température allant de 5°C sous la température ambiante à +60°C. Il permet de faire se développer des réactions ayant besoin de certaines conditions de température, et d'une agitation automatique (afin d'éviter la stagnation du produit, le dépôt,...). La température est répartie de manière homogène dans l'incubateur. Le plateau d'agitation est connecté à son support grâce à 5 points d'attache. L'agitation et la température sont contrôlées par un écran digital situé sur la partie supérieure de l'appareil.

Utilisation

Cet agitateur-incubateur réfrigéré est utilisé au Centre de Recherche Paul Pascal pour la réalisation d'expérience biochimiques, nécessitant des conditions d'incubation particulières.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Agitateur incubateur (Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP) ; Infors HT), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23236>, consulté le 2026-07-29