

ULTRACENTRIFUGEUSE

FICHE N° 3617

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Thermo scientific ; Thermo scientific ; Thermo scientific

Domaines : Chimie, Physique

Sous-domaines : Chimie analytique, Physique des particules

Organisme : Centre de Recherche Paul Pascal

Ville : Pessac

Modèle : Sorvall WX Ultra Series

Matériaux : Métal, Composants électriques

Description

L'ultracentrifugeuse Sorvall WX Ultra Series a une vitesse de rotation allant jusqu'à 100 000 tr/min. Le système de verrouillage du rotor est automatique, pour des raisons de sécurité. La manipulation de la centrifugeuse se fait via un écran à LED tactile, et barre LED multi-couleur, programmable et longue de 47 cm, montée à l'avant de l'instrument pour une meilleure visibilité permet d'en surveiller l'état à tout moment. La compensation automatique de l'équilibrage des tubes, accélérant la préparation des échantillons, permet l'équilibrage visuel des échantillons jusqu'à 5 mm.

Utilisation

L'ultracentrifugeuse WX Ultra Series de Thermo Scientific est utilisée au Centre de Recherche Paul Pascal pour le traitement des échantillons et l'étude de la matière.









Pour nous citer :
Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ultracentrifugeuse (Thermo scientific ; Thermo scientific ; Thermo scientific), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23239>, consulté le 2026-07-29