

BINOCULAIRE DE VASCONCELLOS

FICHE N° 3734

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : D.F. Vasconcellos ; D.F. Vasconcellos ; D.F. Vasconcellos

Domaines : Biologie, Physique

Sous-domaines : Physiologie, Optique

Organisme : Université de Bordeaux

Ville : Talence

Modèle : D.F. Vasconcellos

Matériaux :


Description



Cette binoculaire de microchirurgie de Vasconcellos est composée d'un statif rigide vert laqué, avec un tube coudé. L'éclairage est intégré à la binoculaire, et les objectifs sont sur porte-objectif. La tête est placée sur un statif fixe ou mobile, faisant de l'ensemble une binoculaire pouvant être déplacée au dessus des objets à étudier. L'éclairage passe à travers la fenêtre de protection de l'objectif, afin d'être dans l'alignement direct de l'axe optique des objectifs. Elle a été conçue par D.F. Vasconcellos, qui était un grand chirurgien brésilien (désormais, D.F. Vasconcellos est une entreprise de matériel optique). Les pièces de cette binoculaire sont d'origine Zeiss Opmi


Utilisation

Cette binoculaire était utilisée à l'UF biologie de l'Université de Bordeaux, pour la recherche.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Binoculaire de Vasconcellos (D.F. Vasconcellos ; D.F. Vasconcellos ; D.F. Vasconcellos),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23356>, consulté le 2026-07-29