

MICROSCOPE GFL

FICHE N° 3750

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Zeiss ; ZEISS

Domaines : Physique

Sous-domaines : Optique

Organisme : Université de Bordeaux - UFR STM

Ville : Talence

Modèle :

Matériaux :


Description

Le microscope standard GFL du début des années 1960 est composé d'un statif rigide noir laqué, d'un tube coudé et d'une tête binoculaire. Les objectifs sont fixés sur le barillet. L'éclairage de ce modèle a été modifié en interne pour le transformer en halogène (plus puissant), ce qui a amené également à modifier la base du microscope : celle-ci a été complétée par une base de Standard WL.

Utilisation

Ce microscope était utilisé pour la recherche au CREMEM, au sein de l'Université de Bordeaux.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Microscope GFL (Zeiss ; ZEISS),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23372>, consulté le 2026-07-29