

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## APPAREIL À RAYONS X NEUROSTAR BI-PLAN

FICHE N° 240

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : SIEMENS

Domaines : Santé

Sous-domaines : Imagerie médicale, Neurologie, Neuroradiologie

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :


### Description

C'est un appareil d'imagerie médicale bi-plan. Il comporte deux arceaux mobiles avec un système à rayons X, une table d'examen, des consoles d'acquisition et de traitement de données et deux écrans d'acquisition et visualisation de face et de profil.

### Utilisation

L'appareil permet la réalisation d'artéiographies diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine de la neuroradiologie. Il permet également la reconstruction d'images en 3D.






NEURO. Rx. NANTES

M: 3/1  
I: 9/18  
FLTR: 20%  
PLANE: A


A. VERT. DROITE  
13-Nov-00  
09:18:13  
Scene: 1  
W-B: 700  
W-C: 40  
X: -0.1  
Y: -0.6



NEURO. Rx. NANTES

M: 3/1  
I: 10/23  
FLTR: 20%  
PLANE: A

CAROT. INT. DROITE  
13-Nov-00  
12:02:22  
Scene: 1  
W-B: 700  
W-C: 36  
X: 0.0  
Y: 0.0




NEURO. Rx. NANTES

M: 3/1  
I: 12/31  
FLTR: 20%  
PLANE: A

CID POST EMBOLISATION

13-Nov-00  
13: 44: 50  
Scene: 13  
W-B: 700  
W-C: 40  
X: -0.1  
Y: 0.2




RAO: 0 CRAN: 14

NEURO. Rx. NANTES

M: 4/1  
I: 12/31  
FLTR: 20%  
PLANE: B

CID POST EMBOLISATION


13-Nov-00  
13: 44: 50  
Scene: 13  
W-B: 700  
W-C: 40  
X: 0.0  
Y: 0.0



LAO: 90 CAUD: 0

NEURO. Rx. NANTES  
NEURO CHIR  
09.06.1949  
KSG HD JM  
M: 3/29  
I: 8/29  
FLTR: 20%  
LNDMK: 0%  
PLANE: A

A. VERT. GAUCHE  
30-Jun-98  
10:16:31  
Scene: 1  
W-B: 700  
W-C: 40  
X: 0.0  
Y: 0.0



NEURO. Rx. NANTES  
NEURO CHIR  
09.06.1949  
HD KSG JM  
M: 3/18  
I: 13/18  
FLTR: 20%  
LNDMK: 0%  
PLANE: A

A. VERT. G3  
30-Jun-98  
11:51:56  
Scene: 3  
W-B: 700  
W-C: 40  
X: 0.0  
Y: 0.0



NEURO. Rx. NANTES  
REA. CHIR.  
29. 06. 1977  
EW  
M: 4/1  
I: 11/27  
FLTR: 204  
PLANE: 8

CAROT. INT. DROITE 2  
03-Nov-00  
15: 50: 32  
Scene: 2  
W-B: 700  
W-C: 40  
X: 0.0  
Y: 0.0

NEURO. Rx. NANTES  
REA. CHIR.  
29. 06. 1977  
EW  
M: 7/1  
I: 11/31  
FLTR: 204  
PLANE: 8


CAROT. INT. DROITE 3/4  
03-Nov-00  
17: 46: 39  
Scene: 13  
W-B: 700  
W-C: 40  
X: 0.0  
Y: 0.0

LAO: 90 CAUD: 0

LAO: 90 CAUD: 0

NEURO. Rx. NANTES  
NEURO CHIR 4S  
30.09.1981  
KSG  
I:1/4  
FLTR: 30%  
PLANE: B

CAROT. INT.  
01-Mar-00  
16:41:09  
Scene: 1  
W-U: 700  
W-L: 290



NEURO. Rx. NANTES  
NEURO CHIR SUD  
30.09.1981  
HD  
M: 3/1  
I: 15/34  
FLTR: 20%  
PLANE: B

CAROT. COM DROITE  
17-Mar-00  
15:10:41  
Scene: 1  
W-B: 700  
W-C: 40  
X: 0.0  
Y: 0.0



**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil à rayons X Neurostar bi-plan (SIEMENS),  
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=237>, consulté le 2025-12-05